



Pos.	14 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
<b>Articulation modulaire</b>						
1	SB9669-L0950	boulon à goupille fendue	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
3a	SJ9022-E000	butée d'extension de 0°	usure	remplacer	tous les 6 mois	au besoin
3	SK9522-E005	butée d'extension de 5°				
3b	SK9522-E010	butée d'extension de 10°				
3c	SK9522-E020	butée d'extension de 20°				
3d	SK9522-E030	butée d'extension de 30°				
4	GS1910-040	rondelle de friction, Ø = 19 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
4	GS1910-045					
4	GS1910-050					
4	GS1910-055					
4	GS1910-060					
5	PN1000-L05/5	amortisseur de la butée d'extension	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
6a	BP1110-L050	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
7	SK0192-L/AL	plaque supérieure, latérale gauche ou médiale droite, aluminium	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
7	SK0192-R/AL	plaque supérieure, médiale gauche ou latérale droite, aluminium	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
8	SC1405-L12	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
9	SC1405-L12	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)				
<b>Ancre modulaire et montants modulaires</b>						
10	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	au besoin

\* selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient