


# Contrôle de la conception de l'orthèse sur le patient – dynamique



Si la réponse à une de ces questions est Non, d'autres réglages sont nécessaires. Ceux-ci doivent toujours être effectués sur l'établi et pas en portant l'orthèse !



Vous trouverez de plus amples informations  
dans les tutoriels en ligne.  
[www.fior-gentz.de/fr/tutoriels-en-ligne](http://www.fior-gentz.de/fr/tutoriels-en-ligne)